

एनआईक्यू संख्या IISERBpr /NIQ/BIO/2025-26/23

तारीख: 26 नवंबर, 2025

कोटेशन आमंत्रित करने वाला नोटिस

नीचे **सब पैरा 5** में दिए गए डिस्क्रिप्शन के अनुसार आइटम की सप्लाई के लिए संभावित बिडर्स से कोटेशन मंगाए गए हैं।

“**Sr. No. 16**” में बताए गए पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने कोटेशन जमा करने की आखिरी तारीख/समय पर या उससे पहले नीचे दिए गए तरीकों से जमा करें:

- a) purchase@iiserbpr.ac.in पर ईमेल करें। “**NIQ नंबर IISERBpr /NIQ/BIO/2025-26/23 तारीख 26 नवंबर, 2025 के हिसाब से सप्लाई के लिए कोटेशन**” सबजेक्ट मेंशन करें। कोटेशन की स्कैन की हुई सॉफ्ट कॉपी (pdf) पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। पासवर्ड NIQ खोलने के तय समय पर सप्लायर से लिया जाएगा। कोटेशन की अनप्रोटेक्टेड सॉफ्ट कॉपी रिजेक्ट की जा सकती है।

या

- b) सीलबंद लिफाफे के ऊपर उद्धरण निम्नानुसार लिखा होना चाहिए: “**एनआईक्यू संख्या IISERBpr /NIQ/BIO/2025-26/23, दिनांक 26 नवंबर 2025 के विरुद्ध आपूर्ति के लिए उद्धरण**।

1.	जेम गारप्स नं.	GEM/GARPTS/12112025/8XBY2OUNBFP7 आज तक वैलिड है। 12/12/2025
2.	इंडेंट नं.	IISERBpr /2025-26/BIO/B0111/37 दिनांक 07/07/2025
3.	एनआईक्यू नं.	IISERBpr /NIQ/BIO/2025-26/23
4.	NIQ दिनांक:	25 नवंबर, 2025
5.	खरीदी जाने वाली वस्तु का संक्षिप्त विवरण	अल्ट्रा-कम तापमान प्रयोगशाला डीप फ्रीजर
6.	मात्रा	01 संख्या
7.	वितरण अवधि (दिन/सप्ताह) और डिलीवरी का स्थान:	आइटम परचेज ऑर्डर जारी होने के 08 हफ्ते के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, IISER बरहामपुर (परमानेंट कैंपस) में डिलीवर हो जाना चाहिए। इंस्टॉलेशन फ्री होना चाहिए। देर से डिलीवरी के लिए LD चार्ज @0.5% प्रति हफ्ते। वेंडर को इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी कोई भी स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स या एक्सेसरीज़ फ्री में देनी होंगी।
8.	अनुमानित मूल्य	₹11,89,995 /-
9.	NIQ सबमिशन की आखिरी तारीख और सबमिशन का समय	10 दिसंबर, 2025 को 11:00 बजे
10.	NIQ खुलने की तारीख, समय और स्थान	10 दिसंबर, 2025 को 12:00 बजे (स्टोर और खरीद कार्यालय)
11.	बोली सुरक्षा	ना
12.	भुगतान की शर्तें।	इक्विपमेंट की संतोषजनक, सफल डिलीवरी और इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए 100% पेमेंट किया जाएगा, बशर्ते ओरिजिनल इनवॉइस, संतोषजनक रिपोर्ट और इंडेंट से पेमेंट की सलाह जमा की जाए।
13.	NIQ जमा करने का पता:	भंडार एवं क्रय अधिकारी आईआईएसईआर बरहामपुर, At/Po: - Laudigam , Konisi , जिला गंजम , ओडिशा-760003 ईमेल से: purchase@iiserbpr.ac.in (पूरी तरह से ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार)
14.	अनुबंध का पुरस्कार:	जो बिडर टेक्निकल कमप्लायंस को पूरा करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है और सबसे कम अमाउंट कोट करता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।
15.	वारंटी (ऑनसाइट)	I. फ्रीजर के सभी पार्ट्स पर ऑनसाइट 5-साल की स्टैंडर्ड वारंटी होनी चाहिए। II. फ्रीजर के साथ 5 साल की वारंटी के साथ सही वोल्टेज स्टेबलाइजर आना चाहिए।
16.	अनिवार्य दस्तावेज़	बोली लगाने वाले को मूल्यांकन के लिए ये डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, नहीं तो बोली पर विचार नहीं किया जाएगा: a. तकनीकी विनिर्देश (अनुलग्नक- '1' देखें)

		b. तकनीकी अनुपालन (संदर्भ अनुलग्नक- '2') c. प्रारूप/प्रश्नावली के लिए का अनुपालन शर्तें और शर्तें (संदर्भ अनुलग्नक- '3') d. निर्माता का प्राधिकार फॉर्म (संदर्भ अनुलग्नक- '4') e. बोलीदाता सूचना प्रपत्र (संदर्भ अनुलग्नक- '5') f. ब्लैकलिस्ट न किए जाने/निषेध के लिए घोषणा (संदर्भ अनुलग्नक - '6') g. कोटेशन प्रारूप (संदर्भ अनुलग्नक- '7')
17.	पूर्व-योग्यता मानदंड	बिडर्स ने पिछले तीन सालों में दूसरे IISERs/IITs/सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़/रिसर्च/जाने - माने इंस्टिट्यूट वगैरह को वैसा ही आइटम (एक जैसा या मिलता-जुलता) सप्लाई किया होगा। सप्लाई के सबूत के तौर पर परचेज़ ऑर्डर की कॉपी जमा करनी होगी।
18.	घोषणा	वेंडर को अपने लेटर हेड में यह बताना होगा कि उन्होंने वही आइटम किसी दूसरी सरकारी कंपनी को बताई गई कीमत से कम कीमत पर नहीं बेचा है।
19.	टेक्निकल क्लैरिफिकेशन के लिए कृपया संपर्क करें:	डॉ. प्रवत कुमार परिदा ईमेल – pravatparida@iiserbpr.ac.in
20.	NIQ इनवाइटिंग अथॉरिटी:	निदेशक, आईआईएसईआर बरहामपुर की ओर से भंडार एवं क्रय अधिकारी दूरभाष संख्या 0680 2227-709

भंडार एवं क्रय अधिकारी

तकनीकी विशेष विवरण
(एनआईक्यू नं. IISERBpr /NIQ/BIO/2025-26/23 दिनांक 26 नवंबर, 2025)

- 1) फ्रीजर की अंदर की कम से कम वॉल्यूम कैपेसिटी 545 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीजर को सैपल का टेम्परेचर -50°C से -80°C तक बनाए रखना चाहिए, जिसमें PT1000 सेंसर और कुल 5 सेंसर कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ 32 °C तक के टेम्परेचर में 1°C की बढ़ोतरी होगी।
- 2) फ्रीजर का 1 इंच मोटे वैक्यूम पैनेल इंसुलेशन के साथ इको-फ्रेंडली वॉटर ब्लोन फोम का इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए।
- 3) फ्रीजर का अंदर का हिस्सा करोज़न रेजिस्टेंट स्टील का होना चाहिए और बाहर का हिस्सा पाउडर पेंट किया हुआ होना चाहिए।
- 4) दरवाज़े की कुंडी एक हाथ से खोलने और बंद करने की सुविधा देती है। ज्यादा सुरक्षा के लिए हैंडल में दरवाज़े की चाबी वाला लॉक और पैडलॉक का इंतज़ाम होना चाहिए।
- 5) सैपल की सुरक्षा के लिए फ्रीजर में 4 या उससे ज्यादा इंटरनल स्टोरेज कम्पार्टमेंट होने चाहिए और कम से कम 4 इंसुलेटेड अंदर के दरवाज़े होने चाहिए।
- 6) फ्रीजर में एक ऑटोमैटिक हीटेड प्रेशर इकलाइज़ेशन पोर्ट होगा जिससे कैबिनेट में तेज़ी से वापस एंटी हो सके।
- 7) फ्रीजर में स्टैंडर्ड तौर पर दो 1 इंच के एक्सेस पोर्ट होंगे।
- 8) फ्रीजर में RS485 आउटपुट, ड्राई कॉन्टैक्ट्स और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए 4-20mA आउटपुट होगा और यूज़र को Mail/SMS पर अलार्म और अलर्ट भेजने के लिए कनेक्शन सेट अप करने का प्रोविज़न होगा।
- 9) रिमोट सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए फ्रीजर में क्लाउड कनेक्टेड होने की क्षमता होनी चाहिए।
- 10) फ्रीजर में टच स्क्रीन कंट्रोलर डिस्प्ले पैनेल होना चाहिए।
- 11) पासकोड/पासवर्ड के साथ सेट पॉइंट सिम्योरिटी शामिल होगी।
- 12) फ्रीजर इंटरफ़ेस में ऐसे आइकन होने चाहिए जो यूज़र्स को गर्म या ठंडे मौसम, दरवाज़ा थोड़ा खुला होने, या बिजली जाने पर अलार्म स्टेटस की जानकारी दें।
- 13) फ्रीजर इंटरफ़ेस में वार्म अलार्म टेस्ट फ़ंक्शन होना चाहिए।
- 14) फ्रीजर इंटरफ़ेस में एक हेल्थ स्टेटस आइकन होगा जिससे फ्रीजर की कंडीशन को एक नज़र में समझा जा सकेगा।
- 15) फ्रीजर 5 सेंसर डेटा के साथ असली टेम्परेचर, सबसे गर्म टेम्परेचर और सबसे ठंडे टेम्परेचर सहित टेम्परेचर में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेगा।
- 16) अगर लाइन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फ्रीजर स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करती है, तो फ्रीजर को पहचानना चाहिए और यूज़र को बताना चाहिए।
- 17) फ्रीजर को 230V/ 50Hz के लाइन वोल्टेज पर काम करना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट करंट रेटिंग 6.3 Amps से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- 18) 230V/50Hz वोल्टेज सप्लाई वाले खाली फ्रीजर में फ्रीजर को +6/-3.5 के सेट पॉइंट से -80°C के सेट पॉइंट पर एवरेज पीक वेरिएशन के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए। फ्रीजर की परफॉर्मेंस को वेरिफाई करने के लिए सप्लायर को टेस्ट डेटा देना होगा।
- 19) खाली फ्रीजर, 20 °C के आस-पास के तापमान में, एक मिनट में दरवाज़ा खोलने से -75°C के सेट पॉइंट तक 18 मिनट से कम समय में ठीक हो जाएगा। सप्लायर को फ्रीजर की परफॉर्मेंस को वेरिफाई करने के लिए टेस्ट डेटा देना होगा।
- 20) 20°C वाले कमरे में बिजली जाने पर खाली फ्रीजर 4 घंटे से कम समय में -80°C से -50°C तक गर्म नहीं होना चाहिए। सप्लायर को फ्रीजर की परफॉर्मेंस वेरिफाई करने के लिए टेस्ट डेटा देना होगा।
- 21) फ्रीजर में साउंड लेवल 52Db(A) से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- 22) फ्रीजर में सिर्फ़ नैचुरल, बाज़ार में मिलने वाले रेफ्रिज़रेंट का इस्तेमाल होगा (नैचुरल रेफ्रिज़रेंट EU F-Gas रेगुलेशन के हिसाब से: सिर्फ़ बिना फ्लोरीन वाले ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन)। रेफ्रिज़रेंट की जानकारी देनी होगी।
- 23) रेफ्रिज़रेशन सिस्टम दो स्टेज कैस्केड सिस्टम होना चाहिए।
- 24) बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सिस्टम का कंडेंसर एन्हांस्ड माइक्रो-चैनल और फोर्स-एयर कूल्ड होना चाहिए।
- 25) सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए UL, cUL, और CE/BIS स्टैंडर्ड के रजिस्ट्रेशन मार्क के हिसाब से बनाया जाना चाहिए और उसमें ये निशान होने चाहिए।
- 26) फ्रीजर के सभी पार्ट्स पर ऑनसाइट 5-साल की स्टैंडर्ड वारंटी होनी चाहिए।

- 27) फ्रीजर के साथ 5 साल की वारंटी के साथ सही वोल्टेज स्टेबलाइजर आना चाहिए।
- 28) ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन को पक्का करने के लिए OEM वेबसाइट कैटलॉग और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में दुनिया भर में उपलब्ध डॉक्यूमेंट देने होंगे और ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन को पक्का करने के लिए डेमो भी देना होगा। इक्विपमेंट कस्टमाइज़्ड नहीं होना चाहिए और ऊपर दिए गए सभी स्पेसिफिकेशन के फिजिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में अच्छी तरह से स्थापित होना चाहिए।
- 29) 3 ऑर्डर कॉपी और जाने-माने सरकारी कस्टमर से तारीफ़ का लेटर देना होगा और अगर ज़रूरत हो तो इक्विपमेंट का डेमो भी देना होगा।
- 30) स्लाइडिंग ड्रॉअर रैक सिस्टम के साथ सप्लाय करने की ज़रूरत है जिसमें 2ml की 200 शीशी हों, जिसमें आधे फ्रीज़र के लिए क्रायो बॉक्स हों, 1 जोड़ी अच्छी क्वालिटी के क्रायोग्लोव , 1 स्क्रेपर और 81 1.5 ml शीशियों के लिए 40 ट्रांसपेरेंट पॉलीमर बॉक्स हों जो -190 C तापमान झेल सकें।

अनुलग्नक- '2'

तकनीकी अनुपालन

(एनआईक्यू नं. IISERBpr /NIQ/BIO/2025-26/23 दिनांक 26 नवंबर, 2025)

क्रमांक।	आइटम का स्पेसिफिकेशन	अनुपालन (हां नहीं)
1.	लीटर से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीजर को सैपल का टेम्परेचर -50°C से -80°C तक बनाए रखना चाहिए, जिसमें PT1000 सेंसर और कुल 5 सेंसर कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ 32 °C तक के टेम्परेचर में 1°C की बढ़ोतरी होगी।	
2.	फ्रीजर को 1 इंच मोटे वैक्यूम पैनल इंसुलेशन के साथ इको-फ्रेंडली वॉटर ब्लोन फोम का इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए।	
3.	फ्रीजर का अंदर का हिस्सा करोज़न रेजिस्टेंट स्टील का होना चाहिए और बाहर का हिस्सा पाउडर पेंट किया हुआ होना चाहिए।	
4.	दरवाज़े की कुंडी एक हाथ से खोलने और बंद करने की सुविधा देती है। ज्यादा सुरक्षा के लिए हैंडल में दरवाज़े की चाबी वाला लॉक और पैडलॉक का इंतज़ाम होना चाहिए।	
5.	सैपल की सुरक्षा के लिए फ्रीजर में 4 या उससे ज्यादा इंटरनल स्टोरेज कम्पार्टमेंट होने चाहिए और कम से कम 4 इंसुलेटेड अंदर के दरवाज़े होने चाहिए।	
6.	फ्रीजर में एक ऑटोमैटिक हीटेड प्रेशर इक्लाइज़ेशन पोर्ट होगा जिससे कैबिनेट में तेज़ी से वापस एंट्री हो सके।	
7.	फ्रीजर में स्टैंडर्ड तौर पर दो 1 इंच के एक्सेस पोर्ट होंगे।	
8.	फ्रीजर में RS485 आउटपुट, ड्राई कॉन्टैक्ट्स और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए 4-20mA आउटपुट होगा और यूज़र को Mail/SMS पर अलार्म और अलर्ट भेजने के लिए कनेक्शन सेट अप करने का प्रोविज़न होगा।	
9.	रिमोट सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए फ्रीजर में क्लाउड कनेक्टेड होने की क्षमता होनी चाहिए।	
10.	फ्रीजर में टच स्क्रीन कंट्रोलर डिस्प्ले पैनल होना चाहिए।	
11.	पासकोड/पासवर्ड के साथ सेट पॉइंट सिक्योरिटी शामिल होगी।	
12.	फ्रीजर इंटरफ़ेस में ऐसे आइकन होने चाहिए जो यूज़र्स को गर्म या ठंडे मौसम, दरवाज़ा थोड़ा खुला होने, या बिजली जाने पर अलार्म स्टेटस की जानकारी दें।	
13.	फ्रीजर इंटरफ़ेस में वार्म अलार्म टेस्ट फ़ंक्शन होना चाहिए।	
14.	फ्रीजर इंटरफ़ेस में एक हेल्थ स्टेटस आइकन होगा जिससे फ्रीजर की कंडीशन को एक नज़र में समझा जा सकेगा।	
15.	फ्रीजर 5 सेंसर डेटा के साथ असली टेम्परेचर, सबसे गर्म टेम्परेचर और सबसे ठंडे टेम्परेचर सहित टेम्परेचर में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेगा।	
16.	अगर लाइन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फ्रीजर स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करती है, तो फ्रीजर को पहचानना चाहिए और यूज़र को बताना चाहिए।	
17.	फ्रीजर को 230V/ 50Hz के लाइन वोल्टेज पर काम करना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट करंट रेटिंग 6.3 Amps से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	
18.	230V/50Hz वोल्टेज सप्लाई वाले खाली फ्रीजर में फ्रीजर को +6/-3.5 के सेट पॉइंट से -80C के सेट पॉइंट पर एवरेज पीक वेरिएशन के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए। फ्रीजर की परफॉर्मेंस को वेरिफाई करने के लिए सप्लायर को टेस्ट डेटा देना होगा।	
19.	खाली फ्रीजर, 20 °C के आस-पास के तापमान में, एक मिनट में दरवाज़ा खोलने से -75°C के सेट पॉइंट तक 18 मिनट से कम समय में ठीक हो जाएगा। सप्लायर को फ्रीजर की परफॉर्मेंस को वेरिफाई करने के लिए टेस्ट डेटा देना होगा।	
20.	20°C वाले कमरे में बिजली जाने पर खाली फ्रीजर 4 घंटे से कम समय में -80°C से -50°C तक गर्म नहीं होना चाहिए। सप्लायर को फ्रीजर की परफॉर्मेंस वेरिफाई करने के लिए टेस्ट डेटा देना होगा।	
21.	फ्रीजर में साउंड लेवल 52Db(A) से ज्यादा नहीं होना चाहिए।	

22.	फ्रीज़र में सिर्फ़ नैचुरल, बाज़ार में मिलने वाले रेफ्रिज़रेंट का इस्तेमाल होगा (नैचुरल रेफ्रिज़रेंट EU F-Gas रेगुलेशन के हिसाब से: सिर्फ़ बिना फ्लोरीन वाले ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन)। रेफ्रिज़रेंट की जानकारी देनी होगी।	
23.	रेफ्रिज़रेशन सिस्टम दो स्टेज कैस्केड सिस्टम होना चाहिए।	
24.	बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सिस्टम का कंडेंसर एन्हांस्ड माइक्रो-चैनल और फोर्स-एयर कूल्ड होना चाहिए।	
25.	सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए UL, cUL , और CE/BIS स्टैंडर्ड के रजिस्ट्रेशन मार्क के हिसाब से बनाया जाना चाहिए और उसमें ये निशान होने चाहिए ।	
26.	फ्रीज़र के सभी पार्ट्स पर ऑनसाइट 5-साल की स्टैंडर्ड वारंटी होनी चाहिए।	
27.	फ्रीज़र के साथ 5 साल की वारंटी के साथ सही वोल्टेज स्टेबलाइज़र आना चाहिए।	
28.	ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन को पक्का करने के लिए OEM वेबसाइट कैटलॉग और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में दुनिया भर में उपलब्ध डॉक्यूमेंट देने होंगे और ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन को पक्का करने के लिए डेमो भी देना होगा। इक्विपमेंट कस्टमाइज़्ड नहीं होना चाहिए और ऊपर दिए गए सभी स्पेसिफिकेशन के फिजिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में अच्छी तरह से स्थापित होना चाहिए।	
29.	3 ऑर्डर कॉपी और जाने-माने सरकारी कस्टमर से तारीफ़ का लेटर देना होगा और अगर ज़रूरत हो तो इक्विपमेंट का डेमो भी देना होगा।	
30.	स्लाइडिंग ड्रॉअर रैक सिस्टम के साथ सप्लाय करने की ज़रूरत है जिसमें 2ml की 200 शीशी हों, जिसमें आधे फ्रीज़र के लिए क्रायो बॉक्स हों, 1 जोड़ी अच्छी क्वालिटी के क्रायोग्लोव , 1 स्कैपर और 81 1.5 ml शीशियों के लिए 40 ट्रांसपेरेंट पॉलीमर बॉक्स हों जो -190 C तापमान झेल सकें।	

फर्म का हस्ताक्षर और मुहर

तारीख: _____

प्रारूप/प्रश्नावली के लिए अनुपालन का शर्तें और स्थितियाँ

टिप्पणी:

1. उद्धरण इच्छा नहीं होना माना बिना जमा करना का यह प्रारूप।
2. अगर ए विशिष्ट सवाल है नहीं पर सभी लागू, कृपया लिखना ना में अनुपालन भाग में कर्नल नहीं। 4 नीचे।
3. कृपया देखना उपयुक्त शर्तें और स्थितियाँ का नाजुक दस्तावेज़ में प्रत्येक सवाल पहले जवाब देने के को (नीचे कॉलम 2 में दिए गए सवालों के जवाब दें)।

एस. नं.	निविदा दस्तावेज़ की शर्तें और नियम	क्या यह ठीक है ('हाँ' या 'नहीं' कहें ('नहीं' के लिए अलग रंग की स्याही का इस्तेमाल करें)	टेंडर की शर्तों से कोई बदलाव, अगर कोई हो, तो नॉन-कम्प्लायंस के कारण या बताई गई दूसरी शर्त के साथ।
1	2	3	4
1	(a) क्या कोटेशन सीधे प्रिंसिपल सप्लायर/मैन्युफैक्चरर से है या भारत में उनके अपने ऑफिस से (कृपया बताएं)		
	(b) क्या कोटेशन भारतीय/एजेंट/ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर द्वारा सबमिट किया जा रहा है		
	(ग) क्या एजेंट एनएसआईसी/एमएसएमई के साथ पंजीकृत है		
2	क्या टेक्नो-कमर्शियल बिड में टेक्निकल लिटरेचर/लीफलेट, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह शामिल हैं, जैसा लागू हो।		
	(ए) कृपया बताएं कि यह डीडी/एनईएफटी के रूप में है या नहीं		
	(b) क्या पैकिंग, फॉरवर्डिंग, हैंडलिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जैसे खर्चों की खास रकम या परसेंटेज को कोटेशन में अलग से साफ शब्दों में बताया गया है।		
3	क्या सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और दूसरे सरकारी लेवी (देशी सप्लाय के लिए) के मौजूदा रेट कोटेशन में दिए गए हैं?		
4	क्या आपने हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कोटेशन का वैलिडिटी पीरियड बताया है?		
5	क्या "ऐसा प्रमाणपत्र जिसमें उल्लेख हो कि आपने उसी वस्तु की आपूर्ति उद्धृत मूल्य से कम कीमत पर नहीं की है"।		
	क्या दूसरे कस्टमर्स से उसी आइटम के पिछले तीन सप्लाय ऑर्डर की कॉपी कोटेशन के साथ अटैच की गई हैं?		
6	क्या वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद AMC के रेट/अमाउंट का ज़िक्र किया गया है?		
7	क्या आपने स्पेसिफिकेशन क्लॉज़ को पढ़ लिया है और उसका पालन किया है?		
8	क्या कोटेशन में मेक/ब्रांड, मॉडल नंबर और मैन्युफैक्चरर का नाम बताया गया है और कोट किए गए आइटम का प्रिंटेड टेक्निकल लिटरेचर/लीफलेट जमा किया गया है?		
9	क्या कोटेशन के साथ स्पेसिफिकेशन्स का कम्प्लायंस स्टेटमेंट अटैच किया गया है।		
10	(क) क्या आइटम की सप्लाय के लिए डिलीवरी पीरियड बताया गया है?		
	(ख) क्या डिलीवरी का तरीका और कंसाइनमेंट का अनुमानित साइज़ और वज़न भी बताया गया है?		
11	क्या आप देशी सप्लाय के लिए पेमेंट की शर्तों से सहमत हैं ?		कोई विचलन की अनुमति नहीं है

12	क्या आप वारंटी शुरू होने की तारीख से सहमत हैं? समय और उसका बढ़ना ज़रूरी है।		
13	क्या आपने अपने कोटेशन में गारंटी/वारंटी पीरियड बताया है और क्या आप गारंटी क्लॉज़ से सहमत हैं?		
14	क्या हमारे साइंटिस्ट/टेक्निकल व्यक्ति को ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी? अगर हाँ, तो क्या आपने कोटेशन में बताया है कि यह हमारी लैब में होगी? या भारत या विदेश में सप्लायर की साइट पर।		
15	b) क्या कोटेशन पर साइन किया गया है और साइन करने वाले का डेज़िग्रेशन और नाम बताया गया है।		
16	क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिए गए बिडर्स के डॉक्यूमेंट्री सबूत जमा किए गए हैं?		
17	बताए जा रहे इक्विपमेंट का ओरिजिन कंट्री (देश का नाम साफ़-साफ़ लिखें)		

फर्म का हस्ताक्षर और मुहर

तारीख: _____

अनुलग्नक- '4'**निर्माता का प्राधिकार रूप**

[बोली लगाने वाले को मैनुफैक्चरर से यह फॉर्म बताए गए निर्देशों के अनुसार भरने के लिए कहना होगा। यह ऑथराइजेशन लेटर मैनुफैक्चरर के लेटरहेड पर होना चाहिए। और चाहिए होना पर हस्ताक्षर किए द्वारा ए व्यक्ति साथ उचित अधिकार को संकेत दस्तावेज़ जो निर्माता के लिए बाध्यकारी है]

को
निदेशक,
आईआईएसईआर बरहमपुर
लौडीगाम, कोनिसी, जिला-गंजम, ओडिशा -760003

संदर्भ। आपका नाजुक दस्तावेज़ नहीं..... नाजुक शीर्षक:....

हम, -----, हैं सिद्ध किया हुआ और सम्मानित निर्माताओं का प्रस्तुत चीज़ें। हम पास होना कारखानों पर-----। हम इसके द्वारा अधिकृत सदस्य ----- (नाम और पता का अधिकृत डीलर) को जमा करना ए बोली लगाना, प्रक्रिया वही आगे और प्रवेश करना में संविदा तुम्हारे साथ खिलाफ ऊपर उल्लिखित के लिए निविदा प्रक्रिया आपूर्ति का ऊपर दिए गए सामान हमारे द्वारा बनाए गए हैं। हमारे पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तारीख/से.....

- 1) हम आगे पुष्टि करना वह नहीं ठेकेदार या अटल या व्यक्ति अन्य बजाय श्रीमान
... (नाम और पता का ऊपर-अधिकृत डीलर) अधिकृत है के लिए यह उद्देश्य।
- 2) प्रिंसिपल के तौर पर, हम वारंटी की ज़िम्मेदारियों के लिए अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए खुद को कमिट करते हैं, जैसा उपयुक्त जैसा प्रति नाजुक दस्तावेज़, के लिए चीज़ें और इस टेंडर डॉक्यूमेंट के तहत ऊपर दी गई फर्म द्वारा स्पलाई के लिए दिए गए इंसिडेंटल काम/सर्विस।
- 3) हमारा विवरण है जैसा अंतर्गत:
 - (a) कंपनी का नाम:
 - (b) पूरा डाक का पता:
 - (c) नत्थी करना कोड/ ज़िप कोड:
 - (d) टेलीफ़ोन संख्या (साथ देश/ क्षेत्र कोड):
 - (e) फैक्स नहीं।: (साथ देश/ क्षेत्र कोड):
 - (f) गतिमान संख्या: (साथ देश/ क्षेत्र कोड):
 - (g) संपर्क व्यक्ति/ पद का नाम:
 - (h) ईमेल आईडी:
- 4) हम जोड़ देना इसके साथ, जैसा उपयुक्त, हमारे ----- (उपनियम/ पंजीकरण प्रमाणपत्र/ ज्ञापन का संगठन/ साझेदारी का समझौता/ शक्ति अटॉर्नी/बोर्ड संकल्प)

आपका ईमानदारी से,

.....

[हस्ताक्षर साथ तारीख, नाम, और पद का नाम]

के लिए और पर ओर से का एमएस.....

[नाम और पता का ओईएम और मुहर का कंपनी]

अनुलग्नक- '5'

बोलीदाता सूचना प्रपत्र
(कंपनी के लेटर हेड पर)

(साथ में साथ सहायक दस्तावेज़, अगर कोई भी)

बोली लगाने वाले का नाम _____

[पता और संपर्क विवरण]

बोली लगाने वाले का संदर्भ सं. _____ दिनांक.....

नाज़ुक दस्तावेज़ नहीं।: _____; नाज़ुक शीर्षक: वस्तुएँ/सेवाएँ

नोट: बिडर को नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यह फ़ॉर्म भरना होगा। कोई बदलाव नहीं इसके फ़ॉर्मेट में बदलाव की इजाज़त होगी, और कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोली लगाने वाले को संबंधित बयान को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़/सबूत की सर्टिफाइड कॉपी साथ लगानी होगी। जहाँ भी ज़रूरी और लागू। बोली लगाने वाले का गलत या गुमराह करने वाले जानकारी इसे कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी बिड्स को टेंडर डॉक्यूमेंट में ऐसी गलतियों के लिए दिए गए दूसरे सज़ा के अलावा, नॉन-रिस्पॉन्सिव मानकर रिजेक्ट किया जा सकता है।

(कृपया सही का निशान लगाना उपयुक्त बक्सों या हड़ताल बाहर वाक्य वाक्यांश नहीं उपयुक्त को आप)

1) बोलीदाता/ ठेकेदार विवरण:

- (a) कंपनी का नाम:
- (b) निगमित पहचान नहीं। (सीआईएन):
- (c) पंजीकरण, अगर कोई भी, साथ खरीद इकाई:
- (d) जीईएम देने वाला पहचान (अगर दर्ज कराई साथ जीईएम, यह है अनिवार्य पर समय अनुबंध की नियुक्ति का
- (e) जगह का पंजीकरण/ प्रधानाचार्य जगह का व्यापार/ निर्माण
- (f) पूरा डाक का पता:
- (g) नत्थी करना कोड/ ज़िप कोड:
- (h) टेलीफ़ोन संख्या (साथ देश/ क्षेत्र कोड):
- (i) गतिमान संख्या: (साथ देश/ क्षेत्र कोड):
- (j) संपर्क व्यक्ति/ पद का नाम:
- (k) ईमेल आईडी:

कंपनी की कानूनी स्थिति

(उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएँ)

1) सीमित कंपनी

2) वचन

3) संयुक्त उद्यम

4) साझेदारी

5) अन्य

कंपनी वर्ग

1) माइक्रो इकाई के रूप में प्रति एमएसएमई

2) छोटा इकाई जैसा प्रति एमएसएमई

3) मध्यम इकाई एमएसएमई के अनुसार

4) अधीनस्थ इकाई

5) लघु उद्योग

6) अन्य

2) कर लगाना रजिस्ट्रेशन:

कड़ाही संख्या:।

प्रकार का जीएसटी पंजीकरण जैसा प्रति कार्य (सामान्य करदाता, रचना, कैजुअल

कर योग्य व्यक्ति, एसईजेड, वगैरह।):

जीएसटीआईएन संख्या: में कन्साइनर और प्राप्तकर्ता राज्य अमेरिका
दर्ज कराई/ प्रमाणित कार्य/ कारखाना कहाँ चीज़ें चाहेंगे मुख्य रूप से
निर्मित और जगह का कन्साइनर के लिए जीएसटी उद्देश्य:
संपर्क नाम, संख्या और ईमेल आईडी के लिए जीएसटी मामले (कृपया उल्लेख प्राथमिक और
माध्यमिक संपर्क):
☐ हम सत्यनिष्ठा घोषित वह हमारा जीएसटी रेटिंग पर जीएसटी पोर्टल/ सरकार ऑफिशियल वेबसाइट
नेगेटिव/ब्लैकलिस्टेड नहीं है।

दस्तावेज़ को होना प्रस्तुत: स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ का कड़ाही कार्ड और GSTIN रजिस्ट्रेशन।

3) प्राधिकार का व्यक्ति हस्ताक्षर बोली पर ओर से का बोली लगाने वाला

पूरा नाम: _____

पद का नाम: _____

साइनिंग: _____

☐ एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। बिड पर साइन करने वाला व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर का सोल प्रोप्राइटर/कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नी होता है,

☐ एक पार्टनरशिप फर्म। बिड पर साइन करने वाला व्यक्ति पार्टनरशिप एग्रीमेंट या जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत पार्टनर होने के नाते ऐसा करने के लिए सही तरीके से ऑथराइज़्ड है,

☐ एक कंपनी। बिड पर साइन करने वाला व्यक्ति बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा पास किए गए प्रस्ताव या मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन द्वारा दी गई अथॉरिटी के तहत बनाया गया अटॉर्नी होता है।

दस्तावेज़ को होना प्रस्तुत: पंजीकरण प्रमाणपत्र/ ज्ञापन का एसोसिएशन/ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पावर ऑफ़ अटॉर्नी/ बोर्ड रेजोल्यूशन

4) बोली लगाने वाले का अधिकृत प्रतिनिधि जानकारी

नाम:

पता:

टेलीफ़ोन/ गतिमान नंबर: ईमेल पता:

(हस्ताक्षर साथ तारीख)

.....

(नाम और पद का नाम)

के लिए और की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत

(नाम और पता का बोलीदाता और मुहर)

अनुलग्नक- '6'

क्लीन ट्रेक के बारे में घोषणा/कोई कानूनी कार्रवाई नहीं
(को होना प्रदान किया पर पत्र सिर का व्यवसाय - संघ)

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर बताई गई फर्म, जिसका नाम _____ है, न तो किसी केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है और न ही उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत/लंबित है। खिलाफ़ अटल या इसका मालिक / भागीदार कहीं भी में भारत (या) खिलाफ़ कोई का इसका विदेश में ब्रांच (या) पार्टनर।

मैं भी प्रमाणित वह ऊपर जानकारी है सत्य और सही में कोई प्रत्येक आदर और में कोई मामला अगर बाद में पता चलता है कि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी गलत है, तो ऊपर दी गई फर्म को दिया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म किया जा सकता है और फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम:

स्थान:

पदनाम:

संपर्क नहीं।:

अनुलग्नक- '7'

उद्धरण प्रारूप

संदर्भ: IISER बरहमपुर, NIQ नंबर _____ दिनांक _____

फर्म का नाम: _____

मालिक का नाम _____

पता _____

कोटेशन संख्या _____ दिनांक _____

मोबाइल नंबर _____ ईमेल: _____

GSTN. _____ रजिस्ट्रेशन / लाइसेंस नंबर _____

पैन नंबर _____

सप्लाई किए जाने वाले मटीरियल का छोटा सा ब्यौरा: -

क्रम.	वस्तु का विवरण	बनाना & प्रतिरूप संख्या।	मात्रा	यूनिट मूल्य	जीएसटी %	जीएसटी के साथ कुल लागत
I.	अल्ट्रा-कम तापमान प्रयोगशाला डीप फ्रीजर		01			
	कुल					
	शब्दों में कुल:					

(a) ऊपर दी गई सभी कीमतें IISER बरहमपुर के लिए हैं।

(b) इक्विपमेंट की संतोषजनक डिलीवरी और सफल कमीशनिंग के लिए 100% पेमेंट किया जाएगा, बशर्ते ओरिजिनल इनवॉइस और इंडेंटर से संतोषजनक रिपोर्ट जमा की जाए।

(c) कोटेशन की वैलिडिटी _____ दिन (d) डिलीवरी पीरियड _____ (दिन/हफ्ते)

(ई) वारंटी विवरण _____

(f) बैंक अकाउंट डिटेल्स: अकाउंट होल्डर का नाम _____

बैंक का नाम _____ खाता संख्या _____

आईएफएससी _____

सर्टिफाइड है कि मैं रेफरेंस के तहत NIQ के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करता हूँ।

फर्म का हस्ताक्षर और मुहर

तारीख: _____